

คุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟตรวจภายใน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับเป็นโคมไฟตรวจภายในชนิดล้อเลื่อนและใช้สำหรับงานหัตถการทั่วไป
๒. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๒.๑ ใช้กับแรงดันกระแสไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์
 - ๒.๒ ได้รับมาตรฐาน CE, IOS ๙๐๐๑ , IOS ๑๓๔๘๕
๓. คุณลักษณะเทคนิค
 - ๓.๑ หัวโคมประกอบอยู่กับท่อเหล็กแบบ FLEXIBLE TUBE ติดตั้งร่วมกับเสาแอสตันเลส มีล้อเลื่อนและสามารถนำไปติดตั้งประกอบเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
 - ๓.๒ หลอดชนิด LED จำนวน ๗ หลอด อัตรากินไฟ ๑๕ วัตต์ อายุหลอด ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
 - ๓.๓ สามารถปรับอุณหภูมิสีได้ ๓ ระดับที่ ๓๕๐K , ๔๑๐๐K , ๔๗๐๐K (± 200)
 - ๓.๔ ให้ความสว่างสูงสุดที่ ๕๐,๐๐๐ ลักซ์ ที่ระยะ ๐.๕ เมตร ปรับความสว่างได้ที่ ๕๐ - ๑๐๐ %
 - ๓.๕ DIAMETER OF LIGHT SPOT ที่ ๑๘๐ มม.
 - ๓.๖ มีค่า COLOR RENDERING INDEX (Ra) ที่ ๙๕ ± 3
 - ๓.๗ มีค่า RADIANCE ENERGY (mw/m² .lx) ที่ ๔.๘
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

จำนวน	๑	แผ่น	แผ่นที่	๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ			วันที่ ๒๗	มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.	นางจุไรรัตน์	อินธิสอน	ลงชื่อ.....	
๒.	นางสุภาภรณ์	นวลศิริ	ลงชื่อ.....	
๓.	นางวันดี	พุดงาม	ลงชื่อ.....	
๔.	นายวิรัตน์	ทองสะอาด	ลงชื่อ.....	